

Số: /TB-BVSN
Về việc mời báo giá

Bắc Giang, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị Y tế.

Hiện tại, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đang có nhu cầu mua phụ kiện thay thế cho máy monitor sản khoa MT-516 và MT-610. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện theo những nội dung sau:

I. Hồ sơ báo giá, gồm:

1. Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị Y tế;
2. Bảng báo giá, có các nội dung theo mẫu đính kèm: Báo giá bản gốc có chữ ký, đóng dấu người đại diện theo pháp luật của Công ty;

II. Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023.

III. Hồ sơ báo giá gửi về:

- Bản cứng: Phòng Vật tư-TTBYT, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Số điện thoại: 0204.355.1368).

- Bản mềm (bản scan): Địa chỉ Email: benhviensannhi@bacgiang.gov.vn.

Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua phụ kiện thay thế cho máy monitor sản khoa MT-516 và MT-610. Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TTBYT, TC-KT.

GIÁM ĐỐC

Lê Công Tước

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thông báo số /TB-BVSN ngày /6/2023 của Bệnh viện Sản Nhi)

STT	Danh mục	Nội dung thực hiện	Hãng-Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (Có VAT)
1	Đầu dò chữ Y 2 nhánh DOP/UC cho Monitor sản khoa MT-516	Đầu dò Doppler: - Tần số dao động: $\geq 1.1\text{Mhz}$ - Công suất siêu âm: $\geq 4.1\text{mW/cm}^2$ - Kích thước chùm tia: $\geq 7.6\text{cm}^2$, dạng hình tròn - Dải đo nhịp tim: 50-210 bpm Đầu dò UC: - Dải đo UC: 0-100 đơn vị Tiêu chuẩn chống nước: IPX4 hoặc tương đương		Bộ	3		
2	Đầu dò chữ Y 2 nhánh DOP/UC cho Monitor sản khoa MT-610	Đầu dò Doppler: - Tần số dao động: $\geq 1.108\text{Mhz} \pm 10\%$ - Công suất siêu âm: $\geq 10\text{mW/cm}^2$ - Dải đo nhịp tim: 50-240 bpm $\pm 2\text{bpm}$ - Vật liệu: nhựa PC/ABS hoặc tương đương Đầu dò UC: - Dải đo UC: 0-100 đơn vị - Vật liệu: nhựa PC/ABS, cao su silicon hoặc tương đương Tiêu chuẩn chống nước: IPX4 hoặc tương đương		Bộ	01		
Tổng cộng: 02 khoản							

Yêu cầu khác:

- Hàng mới 100%.
- Giao hàng và lắp đặt tại Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang. Đảm bảo sau khi nghiệm thu lắp đặt máy hoạt động tốt.
- Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu. Trong thời gian bảo hành khi máy có sự cố công ty có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật có mặt tại Bệnh viện trong vòng 24 giờ (đối với ngày làm việc) và 48 giờ (đối với ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ khi nhận được yêu cầu Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện ra lỗi do phụ kiện bị hư hỏng công ty phải có giải pháp tạm thời để máy hoạt động sau đó hai bên sẽ thống nhất cách giải quyết chính thức
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Ghi chú:

- Đơn giá chào hàng là giá đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu và bảo hành tại Bệnh viện.
- Nhà thầu nêu rõ các nội dung: tiến độ cung cấp, thời gian bảo hành, hiệu lực của báo giá.